

Olsztyn, dnia 03.07.2018 r.

/wszyscy Wykonawcy/

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Olsztynie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę testów diagnostycznych, odczynników chemicznych, surowic i pożywek (znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.05.2018)** wpłynęły zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej podajemy treść zapytań i udzielone odpowiedzi:

Pytanie nr 1 - Dotyczy zadania nr 7

Wykonawca prosi o sprecyzowanie jakiej ilości testów dotyczy Zadanie nr 7? Czy zadanie dotyczy dostawy 2 opakowań produktu czy 4?

Odpowiedź: Zamawiający **wymaga** zaoferowania 2 opakowań testów do badania mleka. Wiążąca jest ilość określona w kolumnie „Ilość op. RAZEM”. W kolumnach dotyczących fakturowania ilości będą odpowiednio poprawione na: I faktura - 1 op. , II faktura - 1 op.

Zmodyfikowany w tym zakresie formularz cenowy do zadania nr 7 zostanie umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego z dopiskiem „zmiana”. Zmienione zapisy zostały oznaczone kolorem czerwonym. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 2 - Dotyczy zadania nr 21

Czy Zamawiający w pozycji 12. Podłoża agarowe Standard II - Nähragar dopuści podłoże o składzie i pH:

Skład w g/l

Pepton kazeinowy 3,45

Pepton mięsny 3,45

Chlorek sodu 5,10

Agar 13,00

Końcowe pH w 25°C: 6,0 ± 0,1

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza** zaoferowanie Podłoża agarowe Standard II - Nähragar o podanym wyżej składzie i pH.

UWAGA:

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Jednocześnie informujemy, że dotychczasowy termin składania ofert nie ulega zmianie.

ZASTĘPCA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII
w Olsztynie

Dorota Daniluk