

Znak sprawy: ZHW-S.2613.2.2024.LO

## Wykaz zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Olsztynie

Lp.	Nazwa składnika	Numer inwentarzowy	Ilość	Data zakupu	Opis stanu i stopnia zużycia	Ustalona wartość rynkowa w zł <sup>1</sup>
1	DENSI-LA-METER II urządzenie do oznaczania gęstości inokulum bakteryjnego	2972/WIW/11/02	1	14.12.2011	wyeksplotowany, brak możliwości skalibrowania urządzenia, błędne wskazania	128,36
2	Grawimetryczny aparat do rozcieńczania 2373/02	2373/WIW/11/02	1	21.12.2007	wyeksplotowany, niesprawny panel sterowania, odpowiadający za wszystkie funkcje urządzenia (rozcieńczanie próbek, naważanie), nie kwalifikuje się do naprawy z powodu braku części zamiennych na rynku	123,22
3	Szafa chłodnicza SCH 1000P"ULA"-463/02	463/02	1	31.05.2002	wyeksplotowana, nie trzyma żądanej temperatury, zardzewiała, pożółkłe plastiki	27,90
4	Szafa chłodnicza LIEBHERR 2701/02	2701/WIW/11/02	1	18.12.2009	wyeksplotowana, nie trzyma żądanej temperatury, uszkodzony sterownik, przepustnica, termostat	35,26
5	Chłodziarko zamrażarka Electrolux 791/02 KIE	791/02	1	16.12.2003	wyeksplotowana, połamane fronty szuflad zamrażarki, nie spełnia wymagań laboratoryjnych	31,23
6	Chłodziarka dwukomorowa 2448/02	2448/WIW/11/02	1	31.12.2007	wyeksplotowana, nie trzyma żądanej temperatury, zardzewiała, pognięte półki	46,37
7	Sterylizator 150 l	308/02	1	31.08.1998	wyeksplotowany, niesprawny, uszkodzona grzałka, nieszczelny, drzwiczki się nie domykają, nie utrzymuje żądanej temperatury	57,44
8	Wyjawiacz elektryczny	15811-W	1	30.12.1999	wyeksplotowany, niesprawna grzałka, brak pokrywki	0,10
9	Wyjawiacz elektryczny	449/ZHW/2010-W	1	01.01.2018	wyeksplotowany, niesprawna grzałka, nieszczelny	1,50
10	Licznik kolonii LBK 2002 139/03 KIE	139/03	1	01.04.2004	wyeksplotowany, pęknięta płytka zliczeniowa, licznik nie zeruje się po naciśnięciu przycisku zerowania	11,44
11	Licznik kolonii LBK 2002 -887/02 KIE	887/02	1	01.04.2004	wyeksplotowany, pęknięta obręcz lupy, popękana i zmatowiona płytka zliczeniowa, brak możliwości naprawy z powodu braku części zamiennych, przestarzała technologia	11,44
12	System analizy włókien FOSS-Tecator	1303/02	1	03.06.2005	wyeksplotowany, wytrawione uszczelki mocujące i uszczelniające tygle z próbkami w kolumnach ekstrakcyjnych do kontaktu z kwasami, zasadami i rozpuszczalnikami chemicznymi, powierzchnie robocze mocno wytrawione od odczynników chemicznych. Nie spełnia warunków BHP dotyczących bezpiecznej pracy z odczynnikami chemicznymi - ulatujące opary kwasów i zasad z aparatu, bez możliwości naprawy	436,71
13	Palnik automatyczny 3219/02	3219/WIW/13/02	1	29.11.2013	wyeksplotowany, częste awarie podczas użytkowania, uszkodzony układ elektroniczny odpowiedzialny za pracę palnika	13,25
14	Palnik Flameboy 748/02 KIE	748/02	1	01.12.2003	wyeksplotowany, zużyte części ruchome i elementy uchwytu	18,35
15	Wieszak na worki do stomachera	1085/2-W	1	30.09.2004	wyeksplotowany, brak bocznych ścianek zabezpieczających worki przed zsunieniem z wieszaka	2,62
16	Wieszak na worki do stomachera	1086/2-W	1	30.09.2004	wyeksplotowany, brak bocznych ścianek zabezpieczających worki przed zsunieniem z wieszaka	2,62
17	Statyw ukonśy na prob. /sr.żyw.zwierz/	1143/2-W	1	28.12.2004	wyeksplotowany, niekompletny z powodu połamanych części	1,76
18	Kuchenka elektryczna SENCOR SCP 2271WH	1239/ZHW/2022	1	22.02.2022	wyeksplotowana, uszkodzona, pęknięta płyta grzewcza	9,95
19	Pipeta automatyczna Transferpette /TM/	1328/02-W	1	21.12.2005	wyeksplotowana, nie spełnia wymagań mikrobiologicznych, przekracza dopuszczalny błąd pomiaru 2%, nie przeszła sprawdzenia programem Easycal 3.0., technicznie przestarzała	4,82
20	Pipeta automatyczna Transferpette /TM/	1329/02-W	1	21.12.2005	wyeksplotowana, nie spełnia wymagań mikrobiologicznych, przekracza dopuszczalny błąd pomiaru 2%, nie przeszła sprawdzenia programem Easycal 3.0.	4,82
21	Pipeta Transferpette 100-1000ml 2853/02	2853/WIW/13/02	1	15.12.2010	wyeksplotowana, niesprawna, zepsuty tłok, nie spełnia wyspecyfikowanych wymagań w zakresie odmierzania objętości	15,41

22	Podstawka do pipet	145/03-W	1	31.03.2004	wyeksplotowana, niekompletna z powodu zużytych części	4,41
23	Statyw na pipety 6-cio stanowiskowy	963/ZHW/2019	1	23.12.2019	niekompletny z powodu połamanych części (elementy plastikowe), brak możliwości naprawy	1,50
24	Waga Preasa Mediat	17267-W	1	10.12.1989	wyeksplotowana, problemy z kalibracją, powyginana szalka do ważenia, w 2024 r. warunkowo przeszła legalizację	1,75
25	Termometr elektroniczny DT-2	702/ZHW/2014-W	1	16.10.2014	wyeksplotowany, uszkodzony wyświetlacz - nie można odczytać wskazań termometru	6,48
26	Termometr z magnezem HI 147-00+św.wzorc. 3071/02	3071/WIW/13/02	1	21.05.2012	wyeksplotowany, brak wskazań temperatury na wyświetlaczu - miganie cyfr pomimo wymiany baterii, uszkodzony kabel	21,62
27	Termohigrometr	2537/WIW/13/02-W	1	31.10.2008	wyeksplotowany, uszkodzona tylna klapka, mało czytelny wyświetlacz, pogarszające się wyniki wzorcowań urządzenia, poprawki nie do zaakceptowania	4,33
28	Czasomierz laboratoryjny z magnezem - biały wym. 50 x 70 x 10 mm	1049/ZHW/2020	1	05.08.2020	wyeksplotowany, nie działa wyświetlacz	0,28